





# 滅菌指示貼紙

滅菌指示貼紙可供區別GAMMA, E.O.及蒸汽滅菌處理前及滅菌處理後的產品  
產品滅菌確效放行仍應以生物滅菌確效指示劑為標準。

產品代號	產品規格	顏色：由黃色變成紅色	
		劑量範圍 > 10 kGy (> 1 Mrad)	
		Gamma照射前	Gamma照射後
201	Gamma照射標籤(Ø 12,5 mm), 印有"RED IS EXPOSED". 包裝：5000pcs/捲。		

產品代號	產品規格	顏色：由褐色變成綠色	
		E.O.滅菌前	E.O.滅菌後
801	E.O.滅菌指示貼紙, 直徑12.5mm. 印有"Green is ETO exposed". 包裝：5000pcs/捲。		

產品代號	產品規格	顏色：由粉紅色變成深褐色	
		蒸汽滅菌前	蒸汽滅菌後
401	蒸汽滅菌指示貼紙, 直徑12.5mm. 包裝：5000pcs/捲。		

儲存：滅菌指示貼紙請儲存在(15-30°C)陰涼的室溫中，保持乾燥。  
同時避免接觸高溫、陽光、紫外線、及化學物品及化學氣體。

☆ 以上滅菌指示貼紙均符合ISO 11140-1 "Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements, Section 4.1 and 6"。

## 穗滿企業股份有限公司

台北市忠孝東路4段162號5樓之3

服務電話：(02) 7317727

傳 真：(02) 7318221

[www.bge.com.tw](http://www.bge.com.tw)

[s111@bge.com.tw](mailto:s111@bge.com.tw); [s119@bge.com.tw](mailto:s119@bge.com.tw);

中華民國 108 年 8 月 26 日校譯